

Annexe 1 :

Commentaires parents

Comment vous êtes-vous senti ?

1. **Décontracté, mais c'est toujours un moment spécial**
2. **Super**
3. **Parfait**
4. **Bien**
5. En sécurité
6. **TB, beaucoup mieux que si ma fille avait été transportée en couveuse. Je suis un peu inquiet pour la santé de mon bébé mais je me sens en sécurité**
7. **Très bien**
8. **Très bien**
9. A l'aise
10. **Je me suis senti bien entouré malgré les problèmes techniques** (soucis pour monter dans l'ascenseur.
11. *C'était rassurant pour nous et pour notre bébé*
12. **Parfait, je me suis senti très bien**
13. **En sécurité, calme et très satisfait**
14. En sécurité
15. **Bien, content d'avoir mon bébé contre moi**
16. **Je me suis senti en confiance, rassuré alors que je suis d'un naturel stressé**
17. **C'était magique, je me suis senti papa immédiatement**
18. **Je suis très heureux et mon bébé est calme**
19. Je me sens bien et heureuse
20. **Je me suis senti impliqué et en sécurité**
21. Très bien
22. **Très bien, j'étais un peu stressé au début mais très content. Merci beaucoup**
23. **Très bien**
24. **Je me suis senti en sécurité et heureux de de cette expérience**
25. Je suis très contente
26. **Je suis heureux, ravi**
27. **Très Content**
28. En sécurité, très bien
29. **En sécurité, bonne idée, c'était bien**
30. **Un peu stressé au début puis Ok** (stressé par le contexte de la naissance)
31. **Très bien**
32. C'est magnifique d'avoir son bébé près de soi
33. Bien, si bébé ne pleure pas c'est qu'il est bien
34. Très bien, l'équipe médicale a été très attentive à mes demandes et mes attentes
35. **Très heureux**
36. Entre de bonnes mains, personnel attentionné
37. **Très bien, parfait**
38. **A l'aise**
39. **Stressé mais content d'avoir eu mon bébé sur moi**
40. Heureuse et confortable

Commentaires équipe

Commentaires et suggestion de l'équipe

1. Je ne me suis pas sentie en sécurité
2. Je me sens sentie en sécurité
3. Le lit ne rentrait pas dans l'ascenseur
4. Difficulté au niveau des ascenseurs
5. Très bien mais heureusement qu'on était 2 pour sortir de l'ascenseur
6. En sécurité
7. Très bien
8. Impossible de capter une bonne saturation
9. Très bien sauf pour sortir de l'ascenseur.
10. Difficultés avec l'ascenseur
11. Difficile de monter dans l'ascenseur
12. En sécurité
13. En sécurité
14. En sécurité mais besoin d'aide d'une collègue car une bonbonne (Air comprimé) était vide
15. En sécurité
16. Ne pas oublier de reprendre le t-shirt de papa, il s'est retrouvé torse nu en haut
17. J'ai trouvé que c'était plus facile à utiliser que la couveuse
18. En sécurité
19. En sécurité
20. En sécurité
- 21. Transfert « Top »**
22. Manque bandeau large
23. Je me suis sentie en sécurité car nous étions 2
24. En sécurité
25. Pas possible de prendre les paramètres pendant le transfert
26. J'ai trouvé que c'était aussi facile que la couveuse, je me suis sentie en sécurité et n'ai pas éprouvé de difficultés particulières
27. Difficile de voir où on se dirige
28. Beaucoup plus facile à manipuler que la couveuse
29. C'est encombrant mais en marche arrière ça va
30. Difficile de penser à tous en même temps, impossible de noter les paramètres à la naissance
31. Beaucoup plus léger et facile d'utilisation que la couveuse
32. Difficile à pousser
33. La pédiatre a dû partir pour une autre urgence, j'étais donc toute seule et pour prendre l'ascenseur, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois car le temps de se diriger vers les portes celles-ci se fermaient
34. La maniabilité est un peu complexe
35. Plus facile à manipuler que la couveuse mais difficile à manipuler pour des personnes de petite taille car on ne voit pas bien devant soi.
36. Plus facile à manipuler, moins encombrant
37. Bof il faut chipoter pour le lit
38. Remonté en lit, plus facile qu'avec la chaise. **A permis un peu à peau de longue durée malgré la lourde pathologie du bébé**
39. C'est différent
40. Difficile de remplir la feuille de surveillance quand le bébé va moins bien. Les manipulations seules dans la salle d'accouchement peuvent être difficiles. Les roues restent coincées dans les portes de l'ascenseur.
41. Il faut avoir le temps

Equipe : 41 réponses

Parents : 40 réponses (26 Papas, 13 mamans, 1 les deux)

Matériel

- Manque de certains matériels
- Bonbonne vide

Qualité/Satisfaction

- Transfert « top »
- Permis peau à peau malgré pathologie lourde du bébé

Difficultés

- Pas senti en sécurité
- Encombrant
- Pas possible de noter les paramètres en même temps
- Difficile pour entrer et/ou sortir des ascenseurs

Facilités

- En sécurité
- Plus facile, plus léger plus maniable que la couveuse

Transfert en peau à peau :
Comment vous êtes-vous senti ?

« Bien-être »

- Heureux
 - Bien, très bien
 - Parfait, magnifique
 - Confortable à l'aise
- ✗
- Stressé mais content
 - Inquiet pour la santé du bébé mais heureux de l'avoir contre soi

« Sécurité »

- En confiance
- En sécurité
- Rassuré
- Entouré


Rôle/place de parents

- Senti impliqué
- Écouté
- Senti « papa »

Annexe 2 : Test de normalité

Exemple 1 : La durée de séjour

Box-plot de la durée de séjour selon le groupe : distribution considérée dans l'analyse comme anormal (*asymétrie importante et plusieurs outliers*)



Exemple 2 : Le poids à la naissance

Box plot du poids à la naissance selon le groupe : distribution considérée comme normal ($n > 30$, distributions s'approchant de la symétrie et pas d'outliers)

